

CAS Nr.	Komponente	Enthaltene Komponenten			BG* Trinkwasser		Hinweis zu weiteren wässrigen Matrices
		13 PFAS	29 PFAS	45 PFAS	mit SPE [ng/L]	ohne SPE [ng/L]	
375-22-4	PFBA	x	x	x	10	100	Bitte beachten Sie für die valide Angabe der Bestimmungsgrenze unter DIN EN ISO/IEC 17025 Bedingungen: Für weitere wässrige Matrices (Abwasser, Trinkwasser, Brunnenwasser, Löschwasser etc.) sind Aufstockungsversuche erforderlich. Unsere Erfahrungswerte zeigen Werte im ng/L Bereich (i. d. R. 100-200 ng/L, teilweise bis zu 10 ng/L und niedriger, je nach Matrix). Bitte sprechen Sie uns für Ihre Anforderungen an.
2706-90-3	PFPeA	x	x	x	10	100	
307-24-4	PFHxA	x	x	x	10	100	
375-85-9	PFHpA	x	x	x	10	100	
335-67-1	PFOA	x	x	x	10	100	
375-95-1	PFNA	x	x	x	10	100	
335-76-2	PFDA	x	x	x	10	100	
2058-94-8	PFUdA		x	x	10	100	
307-55-1	PFDoA		x	x	10	100	
72629-94-8	PFTTrDA		x	x	10	100	
376-06-7	PFTeDA		x	x	10	100	
375-73-5	PFBS	x	x	x	10	100	
2706-91-4	PFPeS		x	x	10	100	
355-46-4	PFHxS	x	x	x	10	100	
375-92-8	PFHpS		x	x	10	100	
1763-23-1	PFOS	x	x	x	10	100	
335-77-3	PFDS		x	x	10	100	
757124-72-4	4:2FTS		x	x	10	100	
27619-97-2	6:2 FTS	x	x	x	10	100	
39108-34-4	8:2FTS		x	x	10	100	
754-91-6	FOSA		x	x	10	100	
13252-13-6	HFPO-DA		x	x	10	100	
919005-14-4	DONA		x	x	10	100	
80475-32-7	DPOSA CapstoneA	x	x	x	10	500	
34455-29-3	CDPOS CapstoneB	x	x	x	10	500	
1546-95-8	HPFHpA		x	x	10	100	
27854-31-5	FOEA**		x	x	2500	2500	
34598-33-9	H4PFUnA		x	x	10	500	
172155-07-6	PF-3,7-DMOA		x	x	10	200	
756426-58-1	9CI-PF3ONS			x	10	100	
2355-31-9	N-MeFOSAA			x	10	100	
2991-50-6	N-EtFOSAA			x	10	100	
31506-32-8	N-MeFOSA			x	10	100	
4151-50-2	N-EtFOSA			x	10	100	
67905-19-5	PFHxDA			x	50	100	
16517-11-6	PFODA			x	50	100	
68259-12-1	PFNS			x	10	100	
749786-16-1	PFUnDS			x	10	100	
79780-39-5	PFDoDS			x	10	100	
791563-89-8	PFTTrDS			x	10	100	
70887-84-2	FOUEA**			x	10	100	
678-41-1	8:2diPAP			x	10	100	
30334-69-1	FBSA			x	10	100	
41997-13-1	FHxSA			x	10	100	
763051-92-9	11CI-PF3OUdS			x	10	100	